MODE D`EMPLOI
DÉSINFECTANT D'EMPREINTES

fr

27.05.2013
GA30361A
CE 0123

Solution désinfectante prête à l'emploi, utilisation en trempage

A l'intérieur d'une structure médicale, l'hygiène fait office de prévention contre les infections des patients et des employés. Afin de pouvoir garantir des règles médicales excellentes au sein des cabinets et des laboratoires dentaires, il est impératif de respecter une hygiène minutieuse et soigneuse. Les procédures d'usage des produits désinfectants et des produits nettoyants ont été définies légalement en suivant un schéma temporel. Le but est d'éliminer les germes susceptibles de provoquer une infection, cela grâce à un justificatif normalisé et mesurable et de prévenir, ainsi, les infections nosocomiales.

Champ d'application
Produit destiné à la désinfection et au nettoyage de tous les matériaux d'empreintes dentaires en silicones, polyéthers, alginates et hydro colloïdes ainsi que les travaux prothétiques et les instruments en technique dentaire (utilisation en trempage). Appropriée à l'utilisation dans le bain échographique.

Type de préparation
Désinfectant à base de sels d'ammoniums quaternaires. Exempt d'aldéhyde, odeur agréable.

Conseils d'utilisation
En matière d'hygiène et de prévention des infections et des germes, la désinfection des empreintes dentaires devrait toujours être effectuée avant son envoi au laboratoire dentaire. Ainsi, l'empreinte devrait être rincée 15 secondes sous l'eau courante pour éliminer la plaque, la salive et le sang et diminuer la quantité de germes. Ensuite, l'empreinte concernée est trempée dans la solution prête à l'emploi pendant 2 minutes. Le désinfectant est une solution prête à l'emploi, il n'est pas nécessaire de la diluer dans l'eau. Si des bulles d'air sont présentes sur l'empreinte, il est possible de les chasser en renouvelant le trempage. L'intégralité de l'empreinte doit être immergée par la solution. En cas d'empreintes en alginate ou hydro colloïde, nous recommandons un trempage rapide dans la solution et un séchage d'une durée de 2 minutes minimum. Il est indispensable de rincer l'empreinte sous l'eau. Ne pas mélanger avec des nettoyants ou des autres désinfectantes.
Si le laboratoire met en doute la désinfection des empreintes au cabinet, l'empreinte doit, dans tous les cas, être soumise à une désinfection.
Nous recommandons de changer le liquide quotidiennement. Sans risque, sa durée de conservation est limitée à 2 semaines.

Composition
< 1 % de sels d´ammoniums quaternaires

Temps d'action
Effet bactéricide:
Conformément à VAH/ DGHM[1] (staphylococcos aureus, enterococcos hirae, echerichia coli, pseudomonas aeruginosa, proteus mirabilis), EN 1040, EN 1276 et EN 13697 incl. MRSA (risque important)
Concentré : 2 minutes
[1] testé comme désinfectant de surfaces

Effet fongicide, levurocide
Candida albicans selon VAH/DGHM et EN 1275 (risque important):
Concontré : 2 minutes

Effet virucide
Inactivation des enveloppe virales (« virucide limité » en référence à BGA(RKI)/DVV comme par exemple HBV, HCV, HIV :
concentré : 2 minutes
Rotavirus: concentré : 2 minutes
Norovirus (faible risque) concentré : 30 minutes

Données chimiques et physiques de la solution prête à l'emploi
Aspect: incolore
Densité: 0,994 g/ml
PH: env. 7

Garantie
SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG est certifié DIN EN ISO 13485 et garantit une première qualité à ses produits, grâce aux contrôles effectués en permanence à tous les stades de la production. Nos modes d'emploi se basent sur nos tests en laboratoires et sur nos expériences. Les données techniques sont indicatives mais peuvent être obtenues en suivant absolument à la lettre ce mode d'emploi. L'utilisateur est seul responsable de la façon dont il emploie les produits. Nous ne pouvons être tenus responsables des abri insatisfaisants, étant donné que nous n'avons aucune influence sur la mise en oeuvre des produits. Les dédommagements, qui toutefois peuvent s'effectuer, se limitent uniquement à la valeur commerciale du produit.

SHERA®
WERKSTOFF TECHNOLOGIE

SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG
Espohlstrasse 53 · 49448 Lemförde · Germany
Tel.: +49 (0) 54 43 - 99 33 - 0 · Fax: +49 (0) 54 43 - 99 33 - 100
www.shera.de · info@shera.de